



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเครื่องช่วยหายใจ SCBA
จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติประจำปี ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ประเภทเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผย
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานและราคากลางกำหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน ที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ได้มาจากการสืบราคาตามท้องตลาด
 - ๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) พร้อมราคากลาง สำหรับ
งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประเภทเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ เครื่อง ลงวันที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๖๘
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
นายคำพอง แคนอินทน์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
นางสาวศิริประภา พินิจมนตรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
จำอากาศเอกวิชญ์ นารินทร์รักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
..... กรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสัญญา สายสิงห์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม สำนักปลัด โทร. ๐๔๒-๒๑๙๒๑๒-๓

ที่ อด ๗๙๘๐๑/ ๕๒๖

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะ (Terms of Reference:TOR) พร้อมราคากลาง สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ ชุด

เรียน คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ที่ ๑๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) ของพัสดุพร้อมราคากลาง สำหรับ งานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ ชุด ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ๑. นายคำพอง แคนอินทร์ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสาวศิริประภา พินิจมนตรี | ตำแหน่ง นวค.สาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการฯ |
| ๓. จอ.วิชณู นารินทร์ | ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน | กรรมการฯ/เลขานุการ |

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference: TOR) ตามโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จากรายละเอียดตามที่กำหนดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท รายจ่ายครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ ชุด โดยกำหนดราคาชุดละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๓.ระเบียบข้อกฎหมาย

- ๑.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒
- ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
- ๓.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

/ความเห็น...

ความเห็นของประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายคำพอง แคนอินทร์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(นางสาวศิริประภา พินิจมนตรี)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


ความเห็นของคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ
(จ้าอากาศเอกวิษณุ นารินทร์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)..........
(นายสัญญา สายสิงห์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

(ลงชื่อ)..........
(นายสัญญา สายสิงห์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวงแก้มหอม

๑๓ มค. ๒๕๖๓

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ
สำหรับการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ ชุด**

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ ชุด โดยเบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ ชุด ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐ บาท คงเหลือทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับปฏิบัติงานขณะดำเนินการดับเพลิงหรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในอาคารและนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจหรือบริเวณที่มีก๊าซพิษ ก๊าซติดไฟ ใช้สำหรับงานกู้ภัยในพื้นที่อันตราย

๒. เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการระงับเหตุสาธารณภัยต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล โดยมุ่งเน้นการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๓. คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอราคา

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ต้องการจัดซื้อในครั้งนี้ หรือ ถ้าหากเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) ต้องขึ้นทะเบียน และลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)ด้วย พร้อมให้แนบหลักฐาน

๒. บริษัทผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หน้ากากได้มาตรฐาน EN ๑๓๖ Class ๓ และอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจได้มาตรฐาน EN ๑๓๗ : ๒๐๐๖ Type ๒ และมาตรฐาน CE ถึงอัดอากาศได้รับมาตรฐาน EN ๑๒๒๔๕ : ๒๐๐๙ หรือมาตรฐานที่ดีกว่า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารหลักฐานมาตรฐานดังกล่าวตามข้อกำหนดของทางราชการมายื่นในวันเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารหนังสือรับรองหรือหลักฐานแสดงว่าวัสดุนั้นไม่เข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ หากไม่มีหนังสือหรือผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการขออนุญาตมีและครอบครองยุทธภัณฑ์ให้กับเทศบาลในวันที่ทำการส่งมอบ

๔. ในวันที่ทำการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement : E-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (กรณี ป.ป.ช. ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ) เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้ หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าสัญญานั้นจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ที่	รายละเอียด	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม
๑	เครื่องช่วยหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus : SCBA)” ๑ หน้ากาก (Full Face Mask) ๑.๑ เป็นหน้ากากเต็มหน้า ทำด้วยยาง แบบจอกว้าง และกันรั่วซึมด้านในชนิดแบบแนบใบหน้าไม่กดทับใบหน้า ๑.๒ สายรัดศีรษะ ๕ จุด หรือแบบสวมเร็ว Quick mask fire helmet ๑.๓ Lens ทำด้วยโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) ชนิดทนทานการกัดกร่อนจากสารเคมีสามารถมองได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ องศา ๑.๔ ขนาดของหน้ากากที่เสนอเป็นขนาดกลาง (medium) ที่เหมาะสมกับคนไทยทั่วไป ๑.๕ สามารถเลือกรุ่นหน้ากากที่ใช้กับหมวกดับเพลิงได้ ๒ ชุดอุปกรณ์ควบคุมกำลังอากาศ ๒.๑ สวมเข้ากับหน้ากากแบบสวมเร็ว (Quick Connection) โดยไม่ต้องหมุนหรือขันเกลียว เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้งาน ออกแบบไม่ให้หลุดออกจากหน้าโดยง่ายหากถูกระแทกหรือเกาะเกี่ยวขณะปฏิบัติงาน ๒.๒ ระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติเมื่อหายใจครั้งแรก และจ่ายอากาศตามปริมาณการหายใจ โดยสามารถจ่ายอากาศได้อย่างน้อย ๔๐ ลิตร/นาที และควบคุมแรงดันภายในหน้ากากให้สูงกว่าแรงดันบรรยากาศเล็กน้อย (Positive Pressure) เพื่อไม่ให้อากาศพิษจากภายนอกรั่วซึมเข้าไปในหน้ากากได้ ๒.๓ มีฝาครอบชุดควบคุมแรงดัน ทำจากซิลิโคน (Silicone) เพื่อป้องกันการกระแทกและสารเคมี	๒ ชุด	๑๒๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐

๒.๔ มีปั๊มจ่ายอากาศฉุกเฉิน เมื่อต้องการปริมาณอากาศเพิ่มจากปกติ ๒.๕ มีปั๊มหยุดจ่ายอากาศชั่วคราว เพื่อประหยัดอากาศในขณะถอดหน้ากาก ๓ ถึงอากาศ ๓.๑ เป็นถึงอากาศอัดชนิด Composite เสริมความแข็งแรงด้วยใยสังเคราะห์มีน้ำหนักเบา มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี นับจากวันที่ผลิต หรือดีกว่า ดีกว่า มาตรฐาน EN ๑๒๒๔๕ : ๒๐๐๙ ถึงอัดอากาศมีขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๘ ลิตร แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาร์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที ๓.๒ มีวันเดือนปีผลิต และอายุใช้งานบนเพลสตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ๓.๕ วาล์วถึงมีการติดตั้ง Excess flow valve ป้องกันถึงฟุ้งกระจายวาล์วถึงกระแทกเสียหาย ๔.ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve) ๔.๑ สวมเข้ากับหน้ากากแบบสวมเร็ว (Quick Connection - Push in) โดยไม่ต้องหมุนหรือขันเกลียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ออกแบบไม่ให้หลุดออกจากหน้าโดยง่ายหากถูกกระแทกหรือเกาะเกี่ยวขณะปฏิบัติงาน ๔.๒ ระบบจ่ายอากาศแบบอัตโนมัติเมื่อหายใจครั้งแรก และจ่ายอากาศตามปริมาณการหายใจ โดยสามารถจ่าย อากาศได้อย่างน้อย ๔๐ ลิตร/นาที และควบคุมแรงดันภายในหน้ากากให้สูงกว่าแรงดันบรรยากาศเล็กน้อย (Positive Pressure) เพื่อไม่ให้อากาศพิษจากภายนอกรั่วซึมเข้าไปในหน้ากากได้ ๔.๓ มีปั๊มหยุดจ่ายอากาศชั่วคราว เพื่อประหยัดอากาศในขณะถอดหน้ากากโดยไม่ต้องปิดวาล์วถึงอากาศ ๕ ชุดอุปกรณ์ส่ายหลัง (BACK PLATE) ๕.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์สามารถทนความร้อน สารเคมีและแรงกระแทกได้ดี น้ำหนักเบาออกแบบตามสรีระศาสตร์ น้ำหนักของอุปกรณ์รวมจะต้องตกลงที่สะโพกช่วยลดการตึงของกล้ามเนื้อ การปวดลำ และอาการปวดหลัง			
---	--	--	--

๕.๒ มีสายรัดสามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ ๔ ลิตร ถึง ๙ ลิตร โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถล็อกได้อย่างแน่นหนาและปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนถัง ๕.๓ สายรัดบ่าและสายรัดเอวมีขนาดใหญ่เพื่อให้กระจายน้ำหนักตัวชุดได้ดี ไม่ทำให้ปวดหลัง ทนความร้อน สารเคมีและแรงกระแทกได้ดี สามารถดัดปรับแต่งให้กระชับเข้ากับขนาดลำตัวของผู้ใช้งานได้อย่างง่าย ๕.๔ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (Anti-Static) ๖ ระบบสัญญาณเสียงเตือน ๖.๑ ระบบสัญญาณเตือนเป็นเสียงหวีด ถูกควบคุมด้วยแรงดันปานกลาง (Medium Pressure) ระหว่าง ๖-๘ บาร์ จะมีเสียงเตือนเมื่ออากาศในถังเหลือประมาณ ๕๕ +/-๕ บาร์ โดยเสียงหวีดจะดังต่อเนื่องที่ความดังไม่น้อยกว่า ๘๐ dBA จนอากาศในถังหมด			
(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			๒๔๐,๐๐๐

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

เทศบาลฯได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การแพทย์ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน ๒ ชุด ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๐ บาท คงเหลือทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับว่าครบถ้วนถูกต้องและใช้งานได้ ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

๘. ผู้ตรวจรับพัสดุ และวิธีการตรวจรับพัสดุ

ขออนุมัติ/มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

- (๑) นายคำพอง แคนอินทร์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
- (๒) นางสาวศิริประภา พิณจมนตรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- (๓) จ่าอากาศเอกวิชณู นารินรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

๙. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์การพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง(อ้างอิง)

ราคากลางได้มาจากการสืบราคาตามท้องตลาด จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

เจ้าอากาศเอก.....กรรมการ
กรรมการ

(วิษณุ นรินรักษ์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

นางสาวศิริประภา พิณจมนตรี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายคำพอง แคนอินทร์

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด